

Nitro Rollator

Nitro Andador Rollator

Ambulateur Nitro

TM
drive

www.drivemedical.com

Parts List



- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Handgrip | 7. Seat |
| 2. Adjustable tubing handgrip | 8. Bag |
| 3. Rear reflector on handgrip | 9. Front wheel |
| 4. Brake lever | 10. Brake adjust screw |
| 5. Interlock button for handgrips | 11. Rear wheel |
| 6. Back Rest | 12. Safety bow |

Introduction

The Walking aid is suitable for a single user with limited mobility. The Nitro is ideal for indoor and outdoor use.

Nitro Includes:

1. Bag
2. Back Rest
3. Operating Instructions

Unfolding the Nitro

Position the Nitro on its wheels. Open the red safety bow and lift up (figure 1). Press both pipes from the seat downwards until they interlock (figure 2).



Height Adjustment

Press the red release buttons for handgrips below, as shown in figure 3, and pull the handgrip upwards at the same time. As the handle moves, release the button. This automatically locks in the next possible height. Repeat this process until the desired height is reached.



Attaching the Carry Bag

Fold the Nitro and push the sliding block from bag into guiding sleeve on the Nitro. Unfold the Nitro. (see figures 4-6).



Braking/Locking

Pull both brake levers upwards to apply the brakes while the Nitro is moving (see figure 7). Always brake slowly and steady.

Press both brake levers down to apply the locks while the Nitro is stationary (see figure 8). Pull up the brake levers and release to release the locks.

The effect of the brakes can be affected by abrasion of the wheels.

Regularly test the brakes.



Adjustment of Brakes

To adjust the braking strength, adjust the brake by pressing the screw housing downwards (figure 9) and then turn left or right (figure 10).




Sitting

Position the Nitro on an even and solid surface. Lock the brakes (parking position). The Nitro must stand and must not slip. Sit straight up and do not lean backwards. (See figure 11).



Folding/Transport/Storage

To fold, pull seat upwards by the handle on the seat plate as shown in figure 12. The Nitro can now be folded complete and secured by using the red safety clasp as shown in figures 14 and 15.



Safety Instructions

- Use only as a walking aid!
- Use only on even and solid surfaces.
- Maximum user weight: 300 lbs.
- Regularly check the screws and fasteners on the Nitro and retighten if necessary.
- Use bag only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 11 lbs.
- Do not expose the product to temperatures above 104°F for an extended period of time, as this can cause the Nitro parts to overheat and burn the user.
- Please make sure the Rollator is fully opened, seat is down and the folding bar under seat is locked in the down position.
- Be sure that both knobs are fully tightened and are at equal heights. Test Rollator for stability before applying full weight to hand grips.
- Test the brake lever before operating the Rollator. When wheels are locked, lock bar on rear wheels should prevent wheels from turning. When locks are released, the wheels should turn freely.
- Always lock the brake lever before sitting and do not use seat when unit is on an incline or uneven ground.
- Replace tires when significantly worn or damaged.
- Do not have anyone push you while you are seated on the Rollator. This is a walking aid only and is not to be used as a transportation device.

Cleaning / Maintenance

Clean regularly by hand with a damp cloth. Do not use aggressive detergents.

lifetime limited warranty

Your Drive Medical product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Lista de Partes



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Mango | 7. Asiento |
| 2. Tubo ajustable del mango | 8. Bolsa |
| 3. Reflector trasero sobre el mango | 9. Rueda frontal |
| 4. Palanca del freno | 10. Tornillo de ajuste del freno |
| 5. Botón de enclavamiento para los mangos | 11. Rueda posterior |
| 6. Respaldo | 12. Arco de seguridad |

Introducción

Este dispositivo auxiliar para caminar es adecuado solamente para un usuario con capacidad limitada de movilidad. El Nitro es ideal para usarse en interiores o exteriores.

El Nitro incluye:

1. Bolsa
2. Respaldo
3. Instrucciones de operación

Para desdoblar el Nitro

Coloque el Nitro sobre sus ruedas. Abra el arco de seguridad y empuje hacia abajo ambos tubos del asiento hacia arriba (figura 1) hasta que se traben (figura 2).



Ajustes de Altura

Presione los botones rojos de liberación de abajo de los mangos, como se muestra en la figura 3 y jale los mangos hacia arriba al mismo tiempo. Suelte el botón a medida que se mueve el mango. Esto lo bloquea automáticamente en la siguiente altura disponible. Repita este proceso hasta lograr la altura deseada.



Cómo colocar la Bolsa

Doble el Nitro y deslice la parte deslizante de la bolsa dentro de la manga guía del Nitro, desdoble el Nitro y listo (ver figuras 4 a 6).



Cómo frenar/bloquearlo

Jale ambas palancas del freno hacia arriba para aplicar los frenos mientras el Nitro está en movimiento (ver figura 7). Siempre frente de forma lenta y continuamente.

Presione ambas palancas del freno hacia abajo para aplicar los frenos mientras el Nitro está estacionario (ver figura 8). Jale las palancas de los frenos hacia arriba y suéltelas para desbloquearlas.

El efecto de los frenos puede afectarse por la abrasión de las ruedas.

Compruebe el funcionamiento de los frenos con regularidad.



Cómo ajustar el freno

Para ajustar la fuerza del freno, ajuste el freno al presionar la cubierta del tornillo hacia abajo (figura 9) y luego gire a la izquierda o a la derecha (figura 10).




Para sentarse

Coloque el Nitro sobre una superficie uniforme y sólida. Bloquee los frenos (posición de estacionado). El Nitro debe permanecer erguido y no debe resbalarse. Siéntese derecho y no se incline hacia atrás. (Vea la figura 11).



Doblado/Transporte/Almacenaje

Para doblarlo, jale el asiento hacia arriba por el mango que está en la placa del asiento como se indica en la figura 12. Ahora ya puede doblar el Nitro completamente y asegurarlo usando el cierre rojo de seguridad como se muestra en las figuras 14 y 15.



Instrucciones de seguridad

- ¡Úselo solamente como un dispositivo auxiliar para caminar!
- Úselo solamente sobre superficies uniformes y sólidas.
- Peso máximo del usuario: 300 lbs (136 kg).
- Revise con frecuencia los tornillos y los sujetadores del Nitro y apriételos cuando sea necesario.
- Use la bolsa solamente para transportar objetos y no la cargue de más. Máxima carga: 11 lbs (5 kg).
- No exponga el producto a temperaturas mayores a los 104°F por largos periodos de tiempo ya que esto puede sobrecalentar las partes del Nitro y quemar al usuario.
- Por favor, asegúrese el Rollator esté completamente abierto, la silla este hacia abajo y la barra plegable debajo de la silla esté asegurada en la posición hacia abajo.
- Asegúrese que ambas perillas estén completamente apretadas y que estén a la misma altura. Realice pruebas para comprobar la estabilidad de su Rollator antes de aplicar todo el peso sobre los mangos.
- Revise los candados de anillo antes de operar su Rollator. Cuando el candado de las ruedas esté activado, la barra de candado de las ruedas posteriores debe de evitar que las ruedas giren. Cuando los candados se desactivan las ruedas deben de girar libremente.
- Siempre active los candados de anillo antes de sentarse y no utilice el asiento cuando la unidad está sobre una pendiente o una superficie irregular.
- Reemplace las llantas cuando muestren un desgaste o daño importante.
- 6. Nadie debe de empujarlo mientras esté sentado sobre el Rollator. Este es un dispositivo auxiliar para caminar y no está diseñado como un dispositivo para el transporte.

Limpieza y mantenimiento

Límpielo regularmente a mano con un paño húmedo. No use detergentes abrasivos.

Garantía Limitada De Por Vida

Su producto Drive Medical está garantizado para estar libre de defectos en materiales y fabricación de por vida para el comprador original.

Este aparato se construyó de acuerdo a estándares de exactitud y fue inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. La garantía limitada de por vida es una muestra de nuestra confianza en los materiales y fabricación de nuestros productos y en nuestra aseveración al consumidor de años fiables de servicio.

Esta garantía no cubre las fallas de la unidad debido al mal uso o negligencia por parte del dueño o por el uso y desgaste normal. La garantía no se aplica a componentes no durables, como lo son accesorios de plástico, ruedas giratorias y mangos que están sujetos a un desgaste normal y que necesitan reemplazarse periódicamente.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, póngase en contacto con un distribuidor autorizado Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

Liste des pièces



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Poignée | 7. Siège |
| 2. Tubulure de poignée ajustable | 8. Sac |
| 3. Réflecteur arrière sur la poignée | 9. Roue avant |
| 4. Levier de frein | 10. Vis d'ajustement du frein |
| 5. Bouton de verrouillage des poignées | 11. Roue arrière |
| 6. Dossier | 12. Boucle de sécurité |

Introduction

Cet appareil d'aide à la marche convient à un usager unique à mobilité réduite. Le Nitro est idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Nitro Includes:

1. Sac
2. Dossier
3. Instructions pour l'utilisation

Dépliage du Nitro

Placez le Nitro sur ses roues. Ouvrez la boucle de sécurité rouge (illustration 1) et abaissez les deux tubes du siège vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (illustration 2).



Ajustement de la Hauteur

Appuyez sur les boutons rouges sous les poignées, comme dans l'illustration 3, tout en tirant les poignées vers le haut. Relâchez les boutons pendant que les poignées remontent – elles se verrouilleront à la prochaine position disponible. Répétez cette opération jusqu'à obtenir la hauteur désirée.



Fixation du Sac

Repliez le Nitro et poussez le bloc navette du sac dans les rainures correspondantes du Nitro. Redéployez ensuite le Nitro (voir illustrations 4 à 6).



Freinage et Verrouillage

Tirez les deux leviers vers le haut pour freiner pendant que le Nitro est en mouvement (voir illustration 7). Freinez toujours lentement et progressivement.

Poussez les deux leviers vers le bas pour verrouiller les roues, pendant que le Nitro est immobilisé (voir illustration 8). Tirez les leviers vers le haut pour déverrouiller les roues.

L'effet des freins peut être affecté par le niveau d'usure des roues.

Testez les freins fréquemment.



Ajustement des Freins

Pour ajuster l'efficacité des freins, appuyez sur le compartiment de la vis d'ajustement vers le bas (illustration 9), puis tournez-le vers la gauche ou vers la droite.




Prendre Place Sur le Nitro

Placez le Nitro sur une surface solide et à niveau. Verrouillez les roues (ambulateur à l'arrêt). Le Nitro doit tenir en place, sans bouger. Asseyez-vous bien droit, sans vous pencher vers l'arrière (voir illustration 11).



Pliage, Transport, Entreposage

Pour replier le Nitro, tirez le siège vers le haut à l'aide de la poignée comme dans l'illustration 12. Le Nitro peut maintenant être replié et maintenu fermé grâce à la boucle rouge, comme indiqué dans l'illustration 14 et 15.



Mesures de Sécurité

- N'utilisez que comme aide à la marche!
- Ne l'utilisez que sur les surfaces solides et régulières.
- Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg (300 lb).
- Vérifiez fréquemment les vis et les attaches du Nitro et resserrez-les au besoin.
- N'utilisez le sac que pour le transport d'objets et ne le surchargez pas. Capacité 4,98 kg (11 lb)
- N'exposez pas ce produit à des températures supérieures à 40°C (104°F) pendant une période prolongée. Certaines pièces du Nitro pourraient surchauffer et causer des brûlures à l'utilisateur.
- Assurez-vous que l'ambulateur est complètement déployé, que le siège est bien rabaisé et que les entretoises sont bien verrouillées en position.
- Assurez-vous que les deux boutons sont bien serrés qu'ils sont à la même hauteur. Testez la stabilité de l'ambulateur avant de vous appuyer fermement sur les poignées.
- Testez le système de verrouillage avant d'utiliser l'ambulateur. Lorsque les roues sont verrouillées, les leviers sur les roues arrière devraient empêcher les roues de tourner. Lorsque vous relâchez les freins, les roues devraient tourner librement.
- Activez toujours le système de verrouillage avant de prendre place sur le Nitro et n'utilisez pas le siège lorsque l'appareil est sur une surface inclinée ou inégale.
- Remplacez les pneus lorsqu'ils sont visiblement usés ou endommagés.
- Personne ne doit pousser l'ambulateur pendant que vous êtes assis dessus. Le Nitro est un appareil d'aide à la marche et ne doit pas être utilisé comme moyen de transport.

Nettoyage / Entretien

Nettoyez l'appareil régulièrement, à la main, à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent agressif.

Garantie Limitée À Vie

Votre produit médical Drive est garanti contre les défauts de fabrication et de matériel pour la durée de la vie de l'acheteur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes strictes et a été minutieusement inspecté avant l'envoi. Cette garantie limitée à vie illustre la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que vous serez satisfait.

Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à un usage abusif ou à la négligence de l'utilisateur, ni à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces dont l'usure est prévue, comme les accessoires en caoutchouc, les roues et les poignées, qui s'usent normalement et doivent être périodiquement remplacés.

Si vous avez des questions ou si vous désirez connaître les détails de cette garantie, consultez votre revendeur Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

driveTM